



page : 1

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produit/Product : 37407K SEPINOV EMT 10

Lot : 1

Société : 001

ANALYSES ANALYSIS	RESULTAT/ RESULT METHODE / METHODS	SPECIFICATION MINIMALE/MAXIMALE	
I ASPECT POUDRE I POWDER APPEARANCE	VISUEL 20°C	CONFORME	I
I VISCOSITE 25°C 1,5%	S 52 349 A	75-120 Pa.s	I
I pH 1,5%	NFT 73 206	4,0-5,5	I
I EXTRAIT SEC I SOLID CONTENT	TB1g/150°/60'	90,00-100,00 %	I
I VISCOSITE 25°C 1,5 % NaCL 0,1 I % I 0,1% NaCL 1,5% 25°C VISCOSITY	S 52 349 A	10000-25000 mPa.s	I

Date édition : 07/01/2008

Période avant réanalyse(Année)/Retest Period(Year) : 2,0

FREDERIC GROSJEAN

Responsable laboratoire contrôle Qualité

Bulletin d'analyse original approuvé et signé

REMARQUES: - Ce certificat est établi sous la responsabilité de notre
laboratoire de contrôle qualité.
- This certificate is established under the responsibility of our
quality control laboratory.

IMPORTANT: Ce certificat est destiné à votre laboratoire de contrôle.
Certificate for the use of your Quality control laboratory.